

検査内容変更のお知らせ

(管理番号:20-0088)
2020年 7月 C-03

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして現行試薬の販売が中止となるため、
同一メーカーの改良試薬へ変更させていただきます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■ 対象項目

PSA(0166),NT-proBNP(0254)


■ 変更内容

改良試薬への変更に伴い、報告下限値を変更致します。


	新	旧
PSA	0.006以下	0.003未満
NT-proBNP	10以下	5以下

今回の改良試薬への変更に際しまして、検査法、基準範囲、単位、検体量の
変更はございません。

■ 相関図



回帰直線式 $y = 0.991x - 0.059$
相関係数 $r = 1.000$
 $n = 104$



回帰直線式 $y = 0.985x - 5.385$
相関係数 $r = 1.000$
 $n = 97$

その他詳細につきましては弊社担当セールスにお尋ねください。

■ 適用日 2020(R2)年 9月 1日(火) ご依頼分より