

検査内容変更のお知らせ

(管理番号: 23-0063)
2023年05月 C

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび下記項目につきまして、現行試薬の販売中止に伴い、同等の性能を有する試薬に変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

■ 変更内容

	新	現
項目コード	445	同左
検査項目名	マイコプラズマ IgM	同左
検査方法	免疫クロマト法	酵素免疫測定法(EIA)
試薬メーカー名	富士レビオ株式会社	同左

※その他、検査要項に変更はございません。

■ 相関性測定結果

		現試薬		小計
		陽性	陰性	
新試薬	陽性	60	4	64
	陰性	7	56	63
小計		67	60	127

陽性一致率: 90% (60例/67例)
陰性一致率: 93% (56例/60例)
全体一致率: 91% (116例/127例)

(メーカー検討資料)

■ 变更日期

2023(R5)年6月16日(金)ご依頼分より



株式会社 四国中検

香川検査所: 087-877-0111 高知検査所: 088-802-7250 松山検査所: 089-955-7600 徳島検査所: 088-665-3125
<https://www.s-cyuken.co.jp>